PROGRAMME D'ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET D'ÉTALONNAGE (LAP)

Portée d'accréditation

This scope of accreditation is also available in English and is published separately.

Entité juridique accréditée :	**Polycontrols**
Nom de la personne-ressource :	Sylvain Desaulniers
Adresse :	3650-A1 boulevard Matte Brossard, Québec J4Y 2Z2
Téléphone :	450 444-3600
Télécopieur :	450 444-1088
Site Web :	www.polycontrols.com/fr
Courriel :	sylvain.desaulniers@polycontrols.com

Dossier du CCN no :	15796
Norme(s) d'accréditation :	ISO/IEC 17025:2017 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
Clientèle:	Tous les intéressés. Certains services d'étalonnage sont disponibles sur les lieux.
Domaine(s) d'étalonnage:	Débit Masse
Domaine(s) de Spécialité de Programme:	Étalonnage
Accréditation initiale :	2009-11-16
Accréditation la plus récente :	2026-04-29
Accréditation valide jusqu'au :	2029-11-16

Voir les notes supplémentaires.

Canada

Débit

Débit de Gaz

Pour l'étalonnage de débitmètre par étalon de transfert. Étalonnage dans le laboratoire Polycontrôles et services d'étalonnage sur les lieux.

Grandeur mesurée et son étendue ou instrument	Incertitude élargie
0,5 sccm à 5 sccm	0,5 %
5 sccm à 10 slpm	0,2 %
10 slpm à 30 slpm	0,3 %
30 slpm à 3000slpm	0,2 %
3000 slpm à 6000 slpm	0,3 %

Débit de Liquide

Débit massique (eau)

Pour l'étalonnage de débitmètre par méthode gravimétrique. Étalonnage dans le laboratoire Polycontrôles

Grandeur mesurée et son étendue ou instrument	Incertitude élargie
0,378 kg/min à 1100 kg/min	0,02 %

Débit volumétrique (eau)

Pour l'étalonnage de débitmètre par méthode gravimétrique. Étalonnage dans le laboratoire Polycontrôles

Grandeur mesurée et son étendue ou instrument	Incertitude élargie
0,378 l/min à 1100 l/min	0,021 %

Débit massique (liquide)

Grandeur mesurée et son étendue ou instrument	Incertitude élargie	Remarques
0,45 kg/min à 800 kg/min	0,12 %	Pour l'étalonnage de débitmètre par débitmètre de référence. Étalonnage dans le laboratoire Polycontrôles
0,45 kg/min à 227 kg/min	0,12 %	Services d'étalonnage sur les lieux

Débit volumétrique (liquide)

Grandeur mesurée et son étendue ou instrument	Incertitude élargie	Remarques
0,45 l/min à 800 l/minin	0,13 %	Pour l'étalonnage de débitmètre par débitmètre de référence. Étalonnage dans le laboratoire Polycontrôles
0,45 l/min à 227 l/min	0,13 %	Services d'étalonnage sur les lieux

Masse

Masse volumique (eau)

Pour l'étalonnage de la masse volumique de l'eau par comparaison au banc d'étalonnage du débit. Étalonnage dans le laboratoire Polycontrôles

Grandeur mesurée et son étendue ou instrument	Incertitude élargie
980 kg/m^3 à 1020 kg/m^3	0,05 kg/m^3

Masse volumique liquide

Pour l'étalonnage de la masse volumique d'un liquide avec un Densimètre à tube vibrant.
Étalonnage dans le laboratoire Polycontrôles

Grandeur mesurée et son étendue ou instrument	Incertitude élargie
500 kg/m^3 à 1020 kg/m^3	0,03 kg/m^3

Le présent document fait partie du certificat d'accréditation remis par le Conseil canadien des normes (CCN) à Polycontrols. La version originale est affichée dans le répertoire des organismes de certification accrédités par le CCN sur le site Web du CCN au www.ccn-scc.ca.

Elias Rafoul
Vice-président, Services d'accréditation
Publiée le : 2026-04-29